

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области"

Юридический адрес: 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7 (8452) 39-39-93  
e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru  
ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

Адреса мест осуществления деятельности: 410028, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов г, Вольская ул, дом 7, литер А, 1 этаж, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru; 410028, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов г, Вольская ул, дом 7, литер А, 4 этаж, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru; 410031, Саратовская обл, Саратов г, Большая Горная ул, здание 69, тел.: +7(8452)393993, e-mail: fbuz@gigiena-saratov.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510360

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела лабораторного контроля

11.07.2024  
МП



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 64-20/22828-24 от 11.07.2024

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕДРА-ПЛЮС" (ИНН 6453114021 ОГРН 1116453000234)

2. **Юридический адрес:** САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, ПР-КТ ИМ ПЕТРА СТОЛЫПИНА ЗД. 11Б

**Фактический адрес:** Саратовская обл, г.о. город Саратов, г Саратов, пр-кт им Петра Столыпина, зд. 11Б

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** АДМИНИСТРАЦИЯ СИМОНОВСКОГО МО, водозаборная скважина № 1, Саратовская обл, м.р-н Калининский, с.п. Симоновское, с Первомайское

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 27.06.2024 08:00 - 08:05

**Ф.И.О., должность:** -

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.06.2024 10:30

**Информация о плане и методе отбора:** -

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №2217 от 26 декабря 2023 г.

Контактные данные заказчика: тел. (8452)39-52-20, Акт отбора №7352вб/3 от 27 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 64-20/22828-5P-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** Свидетельство об аттестации 40090.8K212 от 30.07.2008 Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтиляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс";

ФР 1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа- бета-активность природных вод

Протокол испытаний № 64-20/22828-24 от 11.07.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



(пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений

**10. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                                               | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Альфа-бета радиометры для измерений малых активностей, УМФ-2000 | 844             |
| 2     | Весы лабораторные, АР-R-220 СЕAF-R-220 СЕ                       | 083330273       |
| 3     | Весы электронные, ПВ-6                                          | А-7386          |
| 4     | Установки спектрометрические, МКС-01А «МУЛЬТИРАД»               | 0842            |

**11. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**12. Результаты испытаний**

| Отделение исследований физических факторов и радиологических исследований санитарно-гигиенической лаборатории отдела лабораторного дела<br>Образец поступил 27.06.2024 15:00<br>Место осуществления деятельности: 410028, РОССИЯ, Саратовская обл, Саратов г, Вольская ул, дом 7, литер А, 4 этаж<br>дата начала испытаний 04.07.2024 09:00, дата окончания испытаний 09.07.2024 14:36 |                                     |                   |                      |                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Определяемые показатели             | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Радон-222                           | Бк/кг             | 12,3±10,8            | Не более 60                 | Свидетельство об аттестации 40090.8K212 от 30.07.2008 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг             | 0,02±0,03            | Не более 0,2                | ФР.1.40.2013.15386                                    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Удельная суммарная бета-активность  | Бк/кг             | Менее 0,1            | Не более 1                  | ФР.1.40.2013.15386                                    |

Ответственный за оформление протокола:  
А.О. Шибанова, Врач по общей гигиене



Конец протокола испытаний № 64-20/22828-24 от 11.07.2024